



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente APE-1 Esterilización





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE-1.1: Las prestaciones de esterilización compradas a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Compra de prestaciones a terceros acreditados.

Elementos medibles APE-1.1 ATENCIÓN CERRADA	Dirección o gerencia del prestador
Se constata que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros acreditados	

Umbral de cumplimiento

Cumple Cumple $\geq 100\%$





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE- 1.2 Las etapa de lavado, preparación y procesamiento del material a esterilizar se realiza en forma centralizada.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Esterilización centralizada.

Elementos medibles APE-1.2 ATENCIÓN CERRADA	P Q	UPC Ad	UPC Ped	UPC Neo	Obst - gine	Cirugía	Dental	U R G
Se constata que las etapas de lavado y preparación se realizan en forma centralizada ^[1] .								
Se constata que la etapa de esterilización propiamente tal se realiza en la Central de Esterilización.								

Umbral de cumplimiento

Cumple Cumple $\geq 100\%$

[1] Se considera que dichas etapas están centralizadas si son realizadas en el Servicio de Esterilización o en un recinto físico o Unidad distinta, siempre que esto último ocurra bajo la supervisión de Esterilización.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE- 1.3 El material es procesado de acuerdo a métodos de esterilización basados en las normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores

Verificador: Procedimientos de esterilización



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Elementos medibles APE-1.3 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización
<p>En documentos elaborados por el servicio de esterilización se describen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los métodos de esterilización y desinfección a utilizar, de acuerdo a los tipos de materiales de uso clínico. -Los procedimientos relacionados con: <ul style="list-style-type: none"> Transporte de material contaminado Recepción de material esterilizado fuera de la institución.* Recepción de materiales a ser esterilizados Lavado y secado Inspección y preparación Operación de equipos de esterilización Distribución Controles del proceso 	<div data-bbox="1311 743 1754 843" style="border: 1px solid black; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p>Umbral de cumplimiento Cumple Cumple $\geq 67\%$</p> </div>
Se ha definido al menos 2 indicadores y umbrales de cumplimiento.	
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.	



* Se solicita a Dirección y/ o gerencia del prestador cuando el servicio de esterilización se encuentra totalmente externalizado.



POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE- 1.4 El almacenamiento de material estéril se realiza de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Almacenamiento de material estéril

Elementos medibles APE-1.4 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización	P Q	Cirugía	UPC adulto	UPC Neo	UPC Ped.	Obstet - gine
Se describe en documento elaborado por Servicio de Esterilización procedimiento de almacenamiento de material estéril.							
Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.					Umbral de cumplimiento Cumple Cumple $\geq 75\%$		
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.							
Se constata en terreno almacenamiento de material estéril de acuerdo a norma local que considera las orientaciones del MINSAL							





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Componente: Los procesos de esterilización y desinfección de materiales y elementos clínicos se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes.

Característica

APE- 1.5 La desinfección de alto nivel se realiza de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su cumplimiento.





POR UNA SALUD FUERTE.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Intendencia de Prestadores



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Verificador: Desinfección de alto nivel (DAN)

Elementos medibles APE-1.5 ATENCIÓN CERRADA	Servicio de esterilización *
Se describe en un documento elaborado por el Servicio de Esterilización ^[1] el procedimiento de desinfección de alto nivel.	
Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.	
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.	

* Sala de DAN.

[1] Comité de IIH en caso de Servicio de Esterilización externalizado.

Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple $\geq 67\%$

